



СейсмоБезопасность

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,
стойкости к климатическим воздействующим факторам

119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 1517

Выдан

Общество с ограниченной ответственностью «НПП Куйбышев Телеком-Метрология».

Адрес: 446394, Самарская обл., Красноярский м.р-н, п.г.т. Волжский, ул. Пионерская, зд. 5, эт. 2, пом. 8.

Фактический адрес: 446394, Самарская обл., Красноярский м.р-н, п.г.т. Волжский, ул. Пионерская, зд. 5, эт. 2, пом. 8.

Телефон: +7 (846) 202-00-65, e-mail: info@ktprom.com.

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция

Преобразователь плотности КТМ СКАЛЯРИС, выпускаемый по РМТВ.407171.007ТУ

(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98

(исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64)

НА ОСНОВАНИИ

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 171-01-24-Д-ВТ от 29.01.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Вольтекс» Общества с ограниченной ответственностью «ПрофНадзор», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.005.

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест».**

Фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 48, эт. 9, пом. 44.

Регистрационный номер: СБ.ОС.013

Дата регистрации: 30.01.2024

Срок действия сертификата: 29.01.2027

Руководитель органа
по сертификации

Гамируллина Р.Н.

(ФИО)

(подпись)

г. Новосибирск

