

РЕШЕНИЕ

№ 24/11/-0009 от 20.11.2024

по заявке на проведение сертификации продукции на соответствие требованиям
технического(их) регламента(ов)

В результате рассмотрения заявки № 24/11/-0009 от 20.11.2024:

заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП КУЙБЫШЕВТЕЛЕКОМ - МЕТРОЛОГИЯ"

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик,
продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

основной государственный регистрационный номер 1106312008637

регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации
юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с
законодательством государств-членов

Место нахождения (адрес юридического лица): 446394, Россия, Самарская область, муниципальный район Красноярский,
поселок городского типа Волжский, городское поселение Волжский, улица Пионерская, здание 5, этаж 2, помещение 8

Адрес места осуществления деятельности: 446394, Россия, Самарская область, муниципальный район Красноярский,
поселок городского типа Волжский, городское поселение Волжский, улица Пионерская, здание 5

Адрес места осуществления деятельности: 443544, Россия, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское
поселение Курумоч, здание № 199

адреса юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства индивидуального предпринимателя и
места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

Номер телефона: +78462020065

Адрес электронной почты: info@ktkprom.com

на проведение сертификации продукции:

Счетчик газа КТМ100 РУС, Счетчик газа КТМ600 РУС, Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой УЗС-1М.

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии)
название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями РМТВ.407251.002ТУ «Расходомер-счетчик жидкости
ультразвуковой УЗС-1М», Техническими условиями ТУ 4213-001-20642404-2014 «СЧЕТЧИКИ ГАЗА КТМ100 РУС»,
Техническими условиями ТУ 4213-002-20642404-2014 «СЧЕТЧИК ГАЗА КТМ600 РУС»

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации,
технические условия или иной документ) (при наличии)

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС : 9026102100, 9028100000

Наименование объекта сертификации:

Серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер
изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

**Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП КУЙБЫШЕВТЕЛЕКОМ -
МЕТРОЛОГИЯ"**

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Место нахождения (адрес юридического лица): 446394, Россия, Самарская область, муниципальный район Красноярский,
поселок городского типа Волжский, городское поселение Волжский, улица Пионерская, здание 5, этаж 2, помещение 8

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 446394, Россия, Самарская область, муниципальный
район Красноярский, поселок городского типа Волжский, городское поселение Волжский, улица Пионерская, здание 5

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 443544, Россия, Самарская область, муниципальный
район Волжский, сельское поселение Курумоч, здание № 199

адреса юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства индивидуального предпринимателя и
места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

и представленных заявителем документов:

Заявка, учредительные документы, Технические условия РМТВ.407251.002ТУ «Расходомер-счетчик жидкости
ультразвуковой УЗС-1М», Техническими условиями ТУ 4213-001-20642404-2014 «СЧЕТЧИКИ ГАЗА КТМ100 РУС»,
Техническими условиями ТУ 4213-002-20642404-2014 «СЧЕТЧИК ГАЗА КТМ600 РУС»

перечень документов, представленных заявителем

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

наименование технического регламента (технических регламентов)

По схеме: 1с

2. Причина отказа:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" не распространяется на заявляемую продукцию. Оформление сертификата и декларации соответствия по ТР ТС 004/2011 не требуется, в связи с п.1 ст. 1 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» данное оборудование не относится к низковольтному оборудованию, на которое распространяется действие настоящего технического регламента, т.к его номинальное напряжение менее 50 В переменного тока и менее 75 В постоянного тока.

Эксперт органа по сертификации



А.С. Щегорцова

инициалы, фамилия